調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
器械卓子		GM－T１０５５３２C	
		作　　成	昭和６２年１１月２４日
		変　　更	平成２５年　８月　８日
		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の器械卓子（以下，“本品”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表1**による。

表1－種類

物品番号	種類
６５３０－２８１－２８１６－５	６００ mm×４５０ mm×７５０ mm
６５３０－２５２－４８８５－５	９００ mm×６００ mm×７５０ mm
－	７５０ mm×４５０ mm×８００ mm
－	グリーン，６００ mm×４５０ mm×８００ mm

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び種類による。

例　器械卓子，６００ mm×４５０ mm×７５０ mm

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　規格

ＮＤＳ Ｚ ８０１１　　角形銘板

b) **仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

ＧＭ－Ｔ１０７７５２　　ユニット，師・旅団用

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，次による。

a)　調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ　Ｚ　８０１１による１種銘板を表示する。

b)　１種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の規定する仕様及び社内規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a)　取扱説明書（日本語版）　　１部

b)　納入品カタログ　　１部

6.2.2　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表2**による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略できるものとする。

表2－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	１部	陸上自衛隊 補給統制本部 衛生部
納入品カタログ			

6.3　その他

本品のＧＭ－Ｔ１０７７５２への搭載が，調達要領指定書によって示された場合，契約の相手方は，陸上自衛隊補給統制本部衛生部と細部調整を行うものとする。

調達品目表Ａ

調達要求番号		仕様書番号	ＧＭ－Ｔ１０５５３２Ｃ
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成２５年　８月　８日
物品番号等	６５３０－２８１－２８１６－５	作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名[a)]
器械卓子，６００ ｍｍ×４５０ ｍｍ×７５０ ｍｍ	エイコーメディカル㈱ 　器械卓子　ＯＭ１１０－０１ センシンメディカル㈱ 　器械卓子（手摺なし）ＫＴ－Ａ－２ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　ステンレス製とする。

b)　外形寸法は，Ｗ６００ ｍｍ×Ｄ４５０ ｍｍ×Ｈ７００ ｍｍ～７５０ ｍｍとする。

c)　キャスタを有するものとする。

d)　棚数は２段とし，手すりなどがないフラットなものとする。

調達品目表Ｂ

調達要求番号		仕様書番号	ＧＭ－Ｔ１０５５３２Ｃ
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成２５年　８月　８日
物品番号等	６５３０－２５２－４８８５－５	作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名[a)]
器械卓子，９００ ｍｍ×６００ ｍｍ×７５０ ｍｍ	村中医療器（株）　器械卓子　ＰＲ－８４２ ㈱フロンティア　器械卓子（処置台） 手スリナシＣ－１ＫＬＬ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　ステンレス製とする。

b)　外形寸法は，Ｗ９００ ｍｍ×Ｄ６００ ｍｍ×Ｈ７５０ ｍｍ～８００ ｍｍとする。

c)　キャスタを有するものとする。

d)　棚数は２段とし，手すりなどがないフラットなものとする。

調達品目表C

調達要求番号		仕様書番号	GM－T１０５５３２C
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成２５年　８月　８日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名[a)]
器械卓子，７５０　mm×４５０　mm×８００　mm	アズワン㈱　　GW－１０２ 松吉医科器械㈱　MY－１５００ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　ステンレス製とする。

b)　外形寸法は，W７５０　mm×D４５０　mm×H８００　mmとする。

c)　キャスタを有するものとする。

d)　棚数は2段とし，手すりなどがないフラットなものとする。

調達品目表D

調達要求番号		仕様書番号	GM－T１０５５３２C
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成２５年　８月　８日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名[a)]
器械卓子，グリーン，６００ｍｍ×４５０ ｍｍ×８００ ｍｍ	アズワン㈱　カラフル回診車手摺ナシG グリーン　６００×４５０×８００ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　スチール製又はステンレス製とする。

b)　外形寸法は，Ｗ６００ ｍｍ×Ｄ４５０ ｍｍ×Ｈ８００ ｍｍを標準とする。

c)　キャスタを有するものとする。

d)　棚数は２段とし，手すりなどがないフラットなものとする。

e)　棚板及び支柱の色は，グリーンとする。